



ПАСПОРТ КОМПЛЕКТ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ВИЗУАЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С РД 03-606-03

1. Назначение и область применения

Комплект для визуального и измерительного контроля ВИК предназначен для проведения комплексного визуального и измерительного контроля качества:

- основного металла;
- сварных соединений и наплавов;
- подготовки деталей к сварке;
- при изготовлении, монтаже и ремонте оборудования и трубопроводов;
- при техническом диагностировании в процессе эксплуатации изделий в соответствии с требованиями чертежей, нормативно-технических документов, в т.ч. объектов, подведомственных Госгортехнадзору России и Госатомнадзору России.

Входящие в комплект средства для визуального и измерительного контроля отвечают требованиям РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

2. Комплектность

2.1. Средства измерения, входящие в комплект:

Комплект для визуально-измерительного контроля ВИК

Серийный номер 4320

Дата выпуска из производства 14.04.2023

№	Наименование СИ	Госреестр, № протокола, МП, Зав.№	МПИ, мес	Диапазон и хар-ка
1	Лупы измерительные ЛИ-3-10х	62981-21 Пр-л № 1298-П07/23; МП.МН 749-2004; Зав.№ 221632	24	Поверено в полном объеме: 0-20 мм, ц.д. 0,1мм
2	Линейки измерительные металлические торговой марки "Калиброн" 0-300мм, ц.д. 1.0мм Исп. II	74468-19 Пр-л № 1299-П07/23; МП 203-6-2019; Зав.№ 9088	12	Поверено в полном объеме: линейные измерения 0-300мм
3	Угольники поверочные 90° УП 160х100мм	75004-19 Пр-л № 1300-П07/23; МИ 1799-87; Зав.№ 201203317	12	Поверено в полном объеме: Длины граней 160 и 100мм, угол 90°, КТ 1
4	Штангенциркули ШЦ -1-150-0,05	72189-18 Пр-л № 1301-П07/23; ГОСТ 8.113-85; Зав.№ 90053026	12	Поверено в полном объеме: линейные измерения 0 - 150мм
5	Шаблоны сварщика универсальные УШС-3	70742-18 Пр-л № 1302-П07/23; РТ-МП-4939-445-2017; Зав.№ 2065	12	Поверено в полном объеме: глубины дефектов от 0 до 15мм; высоты усиления от 0 до 5мм; высоты притупления и ширины шва от 0 до 50мм; зазор от 1 до 4мм; угол разделки от 0 до 45°; Пазы для контроля диаметра электрода 1, 1.2, 2, 2.5, 3, 3.25, 4, 5мм
6	Набор щупов №3 (0,5...1,0мм)	369-73 Пр-л № 1303-П07/23; МИ 1893-88; Зав.№ 0706	12	Поверено в полном объеме: Щупы толщиной от 0,55 до 1,0 мм; КТ2
7	Рулетки измерительные металлические торговой марки "Калиброн" РСУЗД	71665-18 Пр-л № 1304-П07/23; МИ 1780-87; Зав.№ 4320	12	Поверено в полном объеме: Линейные измерения 0-5м, КТ 3
8	Шаблоны радиусные Набор №1	Пр-л № 1305-П07/23; ТУ2-034-228-87; Зав.№ 1005	12	Поверено в полном объеме: Внутренние радиусы от 1 до 6 мм; Наружные радиусы от 1 до 6 мм
9	Шаблоны радиусные Набор №3	Пр-л № 1306-П07/23; ТУ2-034-228-87; Зав.№ 1304	12	Поверено в полном объеме: Внутренние радиусы от 7 до 25 мм; Наружные радиусы от 7 до 25 мм

2.2. Дополнительные принадлежности:

Паспорт; Фонарик карманный; Маркер по металлу; Сумка укладочная; Блокнот; Карандаш; Лупа увеличительная 2шт.; Зеркало;

3. Основные технические характеристики.

3.1. Технические характеристики средств, входящих в комплект для визуального и измерительного контроля изделий, приведены в документации на эти средства.

4. Методы и средства поверки.

4.1. Поверке подлежат средства измерения, указанные в п.2.1 настоящего паспорта. Периодичность поверки не реже чем 1 раз в год.

4.2. Данные о результатах поверки в соответствии с СМК исполнителя передаются во ФИФ ОЕИ в срок не более 15 дней от даты поверки для всех СИ, для которых есть номер госреестра. Для шаблонов радиусных передача данных во ФГИС АРШИН невозможна. Поверка инструмента, выпущенного в СССР, допускается при наличии утвержденной методики поверки в соответствии с внутренними распоряжениями Росстандарта. По письменному запросу Заказчика возможно предоставление выписки из журнала учета поверочных работ Исполнителя

5. Указания по транспортировке и хранению.

5.1. Транспортирование производится в упакованном виде любым видом закрытого транспорта при температуре окружающего воздуха от -20°C до +50°C и верхнем значении относительной влажности 98% при температуре +25°C. При перевозке воздушным транспортом преобразователь располагать в герметизированных и отапливаемых отсеках.

5.2. Условия перевозки в транспортном средстве должны исключать удары и толчки.

5.3. Упакованный комплект должен храниться в сухом помещении, где не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию изоляции преобразователя.

5.4. Условия хранения должны соответствовать группе I по ГОСТ 15150-69. Срок годности средств, входящих в комплект, указан в соответствующих паспортах.

6. Сведения о консервации.

Измерительные инструменты, входящие в комплект для визуального и измерительного контроля подвергнуты консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014-78. Срок защиты без консервации 2 года.

Консервацию и упаковку произвел:

Подпись


Дата _____ г.

7. Гарантии изготовителя

Срок гарантии и порядок предъявления претензий по качеству изделий, входящих в состав комплекта для визуального и измерительного контроля, определены документацией соответствующих заводов-изготовителей.

Запись о поверке 1307-П07/23 от 14.04.2023

Приемку произвел:



Зубарев А.С.

Общество с ограниченной ответственностью «АЗ Инжиниринг»
117105, г.Москва, Нагорный проезд, д. 7, стр.1, оф. 726
ИНН 7719455867; КПП 772601001; ОГРН 1167746830822
Тел.: +7 (800) 500-59-46; +7 (495) 120-07-46; Факс: +7 (495) 120-07-46
Эл.почта: info@az-eng.com