

ООО "ИНЭКС СЕРТ"

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.312302

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ С-ДИЭ/06-04-2023/236780159

Действительно до
05.04.2024 г.

Средство измерений: Дефектоскопы ультразвуковые УДС2-РДМ-22, Рег. № 29156-05

наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 666

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе -

поверено в полном объёме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с УДС2-РДМ-22 РЭ

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Комплекты контрольных образцов и вспомогательных устройств, зав.№ 270, рег.№ 6612-99; Комплекты мер ультразвуковых, зав.№ 745278, рег.№ 63388-16

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или точность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура воздуха 21,5 °С, относительная влажность воздуха 49 %, атмосферное давление 99,1 кПа, атмосферное давление 751 мм рт. ст.

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

по результатам периодической поверки средство измерений соответствует установленным метрологическим требованиям и пригодно к дальнейшему применению.


Знак поверки:

23
ДИЭ



Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений
I-236780159

Руководитель лаборатории


подпись

Соколов А. О.
Фамилия инициалы

Поверитель

Санаева О. В.
Фамилия инициалы

Дата поверки 06.04.2023 г.