

Номер сертификата 3619-K2/21

Certificate number

Серийный номер 0730

Serial number

Результаты калибровки, включая неопределенность*

Calibration results including uncertainty

Стр. 2 из 2
Page of

Наименование	Номинальные значения	Допускаемые отклонения	Результат калибровки*	Примечание
Мера СО-ЗР				
Высота, мм	59,0	-0,15 .. 0	58,96	соотв.
Радиус, мм	59,0	-0,15 .. 0	58,96	соотв.
Скорость распространения продольных УЗ волн, м/с	5900,0	±118	5897,00	соотв.
Сквозное сверление, диаметр, мм	6,0	±0,1	5,95	соотв.
Сквозное сверление №1, диаметр, мм	2,0	±0,1	2,08	
Сквозное сверление №2, диаметр, мм	2,0	±0,1	1,93	соотв.
Сквозное сверление №3, диаметр, мм	2,0	±0,1	2,08	соотв.
Сквозное сверление №4, диаметр, мм	2,0	±0,1	1,98	соотв.

* Указывается соответствие или несоответствие СИ требованиям технической документации производителя и методики калибровки: МК 27.Д4-16

Расширенная неопределенность получена путем умножения стандартной неопределенности на коэффициент охвата $k = 2$, соответствующего уровню доверия приблизительно равному 95% при допущении нормального распределения. Оценивание неопределенности проведено в соответствии с "Руководством по выражению неопределенности измерений" (GUM).

The expanded uncertainty is obtained by multiplying the combined standard uncertainty by a coverage factor $k = 2$ corresponding to a confidence interval of approximately 95% assuming a normal distribution. The evaluation of uncertainty is conducted according to the "Guide to the expression of uncertainty in measurement" (GUM).

Дополнительная информация

СИ по результатам метрологической аттестации признано пригодным к применению в качестве средства ультразвукового контроля.

Рекомендуемый межкалибровочный интервал: 3 года(лет)

Подпись лица, выполнившего калибровку

Signature of the person who has performed calibration

Подпись / Signature

Галкина Анастасия Владимировна

ФИО и должность / name and function

Клеймо поверителя
Verification officer mark

01.06.2021

Дата выдачи/
Date of issue

Общество с ограниченной ответственностью «АЗ Инжиниринг» (ООО «АЗ-И»)

ИНН 7719455867; КПП 771901001; ОГРН 1167746830822

Тел.: +7 (800) 500-59-46; +7 (495) 120-07-46; Факс: +7 (495) 120-07-46; Эл. почта: info@az-eng.com

AZ 0276551